

REHA 2

(HMI-nr. 13360)



HVORDAN INDSTILLES STØTTEBORDET OG AXILSTØTTERNE:



1. Løsn de to spændeåndtag (A) på understellets lodrette rør.
2. Træk herefter gangbordets overdel med PUR-puden op, så den passer til brugerens højde:
Brugerens underarme skal helst hvile på PUR-puden således, at vinklen mellem under- og overarm er 90°.
3. Stram spændeåndtagene igen efter indstillingen.
4. Løsn de to spændeåndtag (C), som er placeret på siden af gangbordets overdel.
5. Indstil axilstøtterne således, at de når op i brugerens armhule, når denne står oprejst.
6. Stram spændeåndtagene igen efter indstillingen.

HVORDAN INDSTILLES STYRHÅNDTAGENE:



1. Løsn de to håndhjul (B), som sidder forrest på undersiden af gangbordets overside.
2. Skub nu håndtagene ud mod siderne eller ind mod hinanden, indtil den ønskede stilling for den pågældende bruger nås.
3. Stram spændehåndtagene igen efter indstillingen.

OBS !

Ved **kørsel over dørtrin** skal udvises forsigtighed, da gangbordet i en sådan situation kan miste sin optimale balance.

Kør heller aldrig **baglæns** over sådanne forhindringer.

Hele brugerens underarm skal hvile på PUR-puden under kørsel.

Gangbordet er kun til brug på **plane** underlag.



MAX. BELASTNING: 150 kg.



BETJENINGSVEJLEDNING



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

Hjulene efterses med jævne mellemrum – **efterspændes** eventuelt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at beholde den maksimale køreevne.

Efterse regelmæssigt **håndtag** og **PUR-pude**. Efterspænd om nødvendigt.

Udskift slidte eller ødelagte dele: Hellere én gang for meget end én for lidt !

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at REHA 2, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182