Famica

Smart Toilet Frame AAA041


Overholder ISO 17966 & PAHS

Funktioner

- Armlænet giver sikker hånd- og balancestøtte.
- Justerbar højde passer til standard- eller forhøjede toiletsæder.
- Fritstående design, bærbar toiletløsning.
- Værktøjsfri montering, nem at rengøre.

Specifikationer

- Maks. brugervægt: 180 kg (396 lbs)
- Produktets vægt: 8,5 kg
- Dybde: 47,5 cm
- Bredde: 66~75 cm
- Højde: 63/65/67/69/71/73 cm
- Materiale: Stål, plast
- Designet i Taiwan



CE

VIGTIGT! LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG GEM DEN.

Læs hele brugsanvisningen før montering og installation af dette produkt.

- Hvis du sælger eller giver dette produkt videre, skal du sørge for at give denne brugsanvisning til den nye ejer. Tak.
- Tilsigtet anvendelse: Toiletstøtten anbefales til ældre, gravide kvinder og personer med nedsat mobilitet. Toiletstøtten giver stabil støtte, når brugeren skal sætte sig på eller rejse sig fra toilettet. Maksimal brugervægt er 180 kg.


ADVARSEL

1. Brugere med nedsat fysisk funktionsevne bør være under opsyn eller modtage assistance ved brug af Smart Toiletstøtten.
2. Smart Toiletstøtten er designet til at yde støtte, øge stabiliteten og assistere slutbrugeren. Den er IKKE designet til at bære en persons fulde kropsvægt.
3. Overhold ALTID vægtgrænsen angivet på produktets mærkning. Kontrollér, at alle mærkater er til stede og læselige. Udskift dem om nødvendigt.


Installationsadvarsler

1. Læs venligst instruktionerne før installation. Alle fingerskruer skal fastgøres og strammes gennem rørenes inderside og yderside, og spændesættet skal strammes sikkert mod toilettet.
2. Ved installation af bredden kræves der 38 cm eller mere for at sikre, at armlænet fungerer gnidningsfrit.
3. Det er forbudt at adskille eller reparere armlænet.
4. Sørg for, at ALLE beslag og skruer er strammet til ENHVER tid. Brug ikke produktet, hvis det er defekt.
5. Hvis produktet ikke er stabilt efter installationen, skal du straks stoppe brugen og kontakte servicepersonalet for en løsning.

Dele og komponenter





Stykliste




Nr.	Delens navn	Antal
A	Højre bundramme	1
B	Venstre bundramme	1
C	Højdejusteringsknap	2
D	Spændesæt	2
E	Vandret rør	1
F	Breddejusteringsknap	2

Produktmål








Installation og betjening

TRIN 1


Løft armlænet (A) op til den ønskede position, sæt knappen (B) i hullet, og drej med uret, indtil knappen er låst stramt fast på røret.
Sæt spændesættet (C) ind i siderøret.
Begge armlæn monteres på samme måde.



Bemærkning ved illustration:
Højdejusteringsknapperne (B) skal sættes i de valgte huller og strammes forsvarligt.

TRIN 2

Sæt venstre og højre armlæn ind i det vandrette rør (D), og stram det til med breddejusteringsknappen (E).
Det vandrette rør kan justeres i to vinkler og bredder (66~75 cm).




Bemærkning ved illustration:
Breddejusteringsknapperne (E) skal sættes i de valgte huller og strammes forsvarligt.

TRIN 3

Juster buffer-ringen mellem det vandrette rør og toilettet for at undgå sammenstød.


Hele Smart Toiletstøtten skal læne helt ind mod forsiden af toilettet.




Justering af bundbredde: Indstil bredden ved hjælp af det vandrette rørs indikatorlinjer, og sæt derefter justeringsgevindene ind i de tilsvarende huller.

TRIN 4


Sørg for, at spændesættene på begge sider er strammet helt fast mod toilettet uden mulighed for at bevæge sig.






Advarsel ved illustration:
Over den gule advarselslinje for at sikre, at spændesættet er forsvarligt strammet uden fare.

Kontrol før brug




Sørg for, at de to armlæn står LODRET ned mod gulvet eller LET INDADRETTET med en vinkel på mindre end 90 grader.
Ryst armlænene med hånden for at kontrollere toiletstøttens stabilitet efter installationen.

Sådan bruges produktet



Giver ekstra støtte og stabilitet ved toiletbesøg.



Juster knapperne til frem- og tilbagejustering til den bageste position for at støtte albuerne.

Højre og venstre armlæn skal placeres og fastgøres præcist uden mulighed for at bevæge sig.

Pleje og vedligeholdelse

1. Placer produktet i et område med tør- og vådadskillelse. Rengør med en fugtig klud og neutralt rengøringsmiddel. Må ikke skylles med vand.
2. Hold produktet væk fra radiatorer/fodpanelvarmere, og udsæt det ikke for direkte sollys.
3. Kontrollér regelmæssigt armlænets stabilitet, og sørg for, at alle beslag og skruer er strammet til ENHVER tid.

Symbolforklaring

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
LOT	Batch Code	CE	CE Symbol
⚠	Warnings and Precautions	SN	Product serial number
MD	Medical device		Consult instructions for use
UDI	Unique Device Identification	REF	Catalogue number
	Manufacturer	EC REP	Name and Address of European Union Representative
	Date of manufacture		Used by
CC	Country of Manufacture		Importer
	Distributor	#	Model Number

Company: FAMICA INTERNATIONAL CO. LTD.
Address: 4 F, NO. 23, SEC. 2, ZHONGZHENG E. RD., DANSHUI DIST., NEW TAIPEI CITY 251, TAIWAN
Tel:+886 2 8809 1866

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Address : Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands