



Producentens navn

**Eschenbach Optik GmbH
Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg
Germany**

Single Registration Number (SRN)

DE-MF-000007711

Vi erklærer under eneansvar, at følgende produkt

produktnavn

optaro / Modeller se bilag

Basic UDI-DI

4064158ELECTRONVISAIDSDQA

Nomenklatur

GMDN Code 30045**EMDN Code Y210699**

Risikoklasse

Klasse I – ikke steril, ingen målefunktion

Overensstemmelsesvurderingsprocedurer

iht. artikel 52 (7) for medicinsk udstyr

overholder bestemmelserne i de efterfølgende lovgivninger:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1542 om batterier og udtjente batterier

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Direktiv 2014/30/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Direktiv 2014/35/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

Direktiv 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet

Vi anvender en systematisk procedure til overvågning af produktet efter markedsføringen.

Nuremberg, 14.10.2025

Udstedelsessted og -dato

sgd. M.Anke

**Navn,
Matthias Anke**
Direktion

sgd. A. Jahnke

**Navn,
Andreas Jahnke**
MDR Den ansvarlige person



BILAG

Model	Navn
16533	optaro
16534	optaro XL Camera module
165341	optaro XL + 11" iPad holder
165343	optaro XL + 13" iPad holder